



## RESPOSTA AO 1º QUESTIONAMENTO

**Processo nº:** 24446/2017 **Pregão nº:** 12/2018

**Objeto:** Aquisição de equipamentos odontológicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde pelo período de 12 (doze) meses.

### 1. Preliminarmente

No dia vinte e dois de fevereiro de 2018 foi enviado questionamento ao edital. Considerando que a data marcada para recebimento e abertura dos envelopes é 28 de fevereiro de 2018, tempestiva a manifestação apresentada.

Sendo assim, segue resposta, devidamente fundamentada pela Secretaria Municipal de Saúde, aos quesitos relacionados.


### 2. Questionamento da Licitante

*"Item 1 – Qual o tamanho da caixa que vocês querem?"*

*Caixa (estojo) para desinfecção / esterilização de limas endodônticas perfurada, material resistente a processo de esterilização em Autoclave, capacidade mínima de 24 limas endodônticas.*

*Item 3 – É com fio ou é com bateria?*

*Fotopolimerizador de Resinas Luz fria (azul) gerada por LED Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Sem aquecimento dental e da resina."*



R – Com relação ao item 1 “Caixa(estoujo) para desinfecção/esterilização de limas endodônticas perfurada, material resistente a processo de esterilização em Autoclave, capacidade mínima de 24 limas endodônticas”; informamos que a caixa deverá acomodar no mínimo 24 limas, independente do seu tamanho.

Com relação ao item 3 “Fotopolimerizador de Resinas Luz Fria (azul) gerada por LED, Comprimento de ondas: 420 à 480 nm. Sem aquecimento dental e da resina”; informamos que não temos exigência específica do tipo alimentação (bateria ou tomada), desde que atenda às demais especificações do edital.

### 3. Conclusão

Por todo o exposto **mantém-se exatos os demais termos do instrumento convocatório**, mantendo-se a data de abertura para 28/02/18 às 9h.

Piraquara, 27 de fevereiro de 2018.

**Sheila Guimarães Veloso**  
Pregoeira Municipal – portaria 9878/2018